



ПСАГБАЛ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

София 1330, ул. "Михалаки Ташев" №2, <http://1agb.com/>

ПСАГБАЛ
"СВЕТА СОФИЯ" ЕАД

Изх. № / Вх. № 05-15-#1

Дата: 27.01.2020

РАЗЯСНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Открита с Решение №05-11/20.01.2020г.

Във връзка с постъпило запитване с вх. №05-15/22.01.2020г. и съгласно указания в чл.33, ал.2 от ЗОП срок, се правят следните разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период“**, а именно:

ЗАПИТВАНЕ по обособена позиция №35, номенклатура 35.2 „Микротомни остриета – ножчета“:

За да се оцени качеството на предлаганите ножчета и евентуално да им се присъдят от 0 до 30 точки според критерия „Качество“, те трябва да отговарят на минималните изисквания на възложителя. В конкретния случай има заложено „с едно острие да могат да се разрезват средно 50 парафинови блокчета“. За специалистите е ясно, че при различен размер на блокчетата и различна дебелина на срезите, броят срези е различен. Тъй като разлики се получават и от вида и плътността на тъканите в парафина, поради което и нито един производител не отчита такъв, даже и усреднен параметър за неговите ножчета, бихте ли разяснили какво доказателство ще приемете за това изискване?

ОТГОВОР:

В спецификацията към документацията за участие, Възложителят е уточнил минималните изисквания към медицинските изделия. Съгласно спецификацията, микротомните остриета ще се използват в лаборатория по патохистология, за разрези на твърди и меки тъкани (А35) и следва да бъдат изработени от неръждаема стомана. Изискването за средният брой разрези, които могат да се направят с едно острие е свързано със здравината на изделието и неговата устойчивост на изхабяване /износоустойчивост/. За доказване съответствието с изискванията, участниците следва да представят каталози, брошури, инструкции за употреба и/или други документи, от които са видни техническите и функционални характеристики на офериранияте продукти. В случай, че комисията не може да извърши окачествяване на продукта единствено на база на представените документи, то от участника ще бъде изискана мостра, която ще бъде изпробвана от експертните лица в комисията.

ИЗП. ДИРЕКТОР:
Д-РГ. КОЛАРОВА

