ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСН.ЧЛ.36а АЛ.3 ОТ ЗОП

УТВЪРДИЛ:..
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ" ЕАД
Д-Р ГЕРГАНА КОЛАРОВА
/на дата:..01.04..2020г/

ПРОТОКОЛ

по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП

на комисия назначена със Заповед №3-28/18.03.2020г. на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София" ЕАД за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в провеждана процедура „публично състезание" по ЗОП с предмет:

„Доставка, чрез предоставяне под наем на един брой настолен инкубатор с контрол на CO2 и O2 и сервизното му обслужване, за нуждите на отделение по Асистирана репродуктивна медицина към ПСАГБАЛ „Света София" ЕАД за срок от две години"

На 18.03.2020г. в 11,00 часа в Рапортна зала, четвърти етаж, се събра назначената със Заповед №3-28/18.03.2020г. на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София" ЕАД Комисия за провеждането на процедура „публично състезание", открита с Решение №05-49/24.02.2020г и публикувана в РОП на АОП под №00830-2020-0003 в състав:

1. Д-р Минко Еврев – председател
2. Катерина Владимирова– член
3. Ивайло Иванов – член
4. Марияна Панчева – резервен член
5. Мария Михайлова – резервен член

Съгласно чл.54, ал.1 от ППЗОП, Комисията получи списък с участника и представената оферта. Членовете на Комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 и чл.52 от ППЗОП.

В изпълнение на изискванията на ЗОП и документацията за участие в публичното състезание, Комисията започна своята работа и изготви настоящия протокол за работата си в периода от 18.03.2020г до 01.04.2020г, както следва:

I. Председателят на Комисията откри публичната част от заседанието и обяви, че е подадена една единствена оферта запечатана в непрозрачна опаковка, а именно: ***Оферта с вх.№05-49#1/17.03.2020г*** – подадена в 13,00 часа от участника **БИОСИСТЕМИ ООД** с адрес: гр.София 1517, бул.Ботевградско шосе №247, офис – сграда 1, ет.1. На откритото заседание не присъства представител на участника в процедурата. В изпълнение на изискванията на чл.54, ал.3 от ППЗОП, членовете на

Комисията пристъпиха към отварянето на офертата и извършиха действията, както следва:

Комисията отвори опаковката и установи, че подадената от участника оферта съдържа следното:

1. **Документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП** - Единен европейски документ за обществени поръчки за участника /ЕЕДОП – представен на CD подписан с електронен подпис/;
2. **Документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП /техническо предложение/** - предложение за изпълнение на поръчката с включени декларативни обстоятелства, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд; Приложение №1 към предложението; брошура и Декларация за съответствие с СЕ-марка за медицинско изделие; снимков материал на предлагания апарат – в брошурата на апарата.
3. **Опис на документите** по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП.*;*
4. **Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**– 1 /един/ брой;

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри” на участника се подписаха от членовете на Комисията.

Комисията обяви за приключена публичната част от заседанието и съобщи, че след извършване на подробна проверка на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, в случай че бъдат констатирани липси, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, Протокола с направените от Комисията констатации ще бъде изпратен до участника в процедурата и ще бъде публикуван в сайта – профил на купувача.

II. На закрито заседание, Комисията провери съответствието на представените от **„БИОСИСТЕМИ“ ООД** документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП и установи следното:

В представения от участника ЕЕДОП не е установена липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор.

С оглед на гореизложеното, **участника се допуска** до по-нататъшно участие в процедурата.

III. На основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, Комисията премина към разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на участника **„БИОСИСТЕМИ“ ООД**. Предложените от него условия за изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 6 /шест/ месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Участникът заявява, че предлагания от него апарат за доставка, чрез предоставяне под наем е фабрично нов, неупотребяван с характеристики, както следва:

No	Вид медицинска апаратура	Мярка	Количество	Търговско наименование; модел; каталожен номер; друго индивидуализиращо обозначение	Фирма производител и страна на произход	Показатели за надеждност	
						Безотказност /посочва се в брой месеци/	Ремонтоспособност /посочва се в брой работни дни/
1	Настолен инкубатор с контрол на CO2 и O2	брой	1	МИРИ (MIRI) – модел MRI-6A10-8, кат. № 2070047	Еско Медикъл Технолоджис Лтд (Esco Medical Technologies Ltd.) - Литва	12 месеца	30 работни дни

Характеристиките на апарата, са изложени подробно в приложение №1 към техническото предложение и са както следва:

	Минимални технически характеристики на апарата **ПОСОЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**	Пълно описание на техническите характеристики на апарата **ПРЕДЛАГАН ОТ УЧАСТНИКА**
1	Наличие на шест обособени инкубационни камери за пациентски проби	Уредът има шест обособени инкубационни камери за пациентски проби
2	Самостоятелен температурен контрол на всяка отделна инкубационна камера със собствен температурен сензор и нагряващ елемент	Уредът има самостоятелен температурен контрол на всяка отделна инкубационна камера със собствен температурен сензор и нагряващ елемент
3	Всяка инкубационна камера да притежава нагряващ капак със самостоятелен от камерата температурен контрол	Всяка инкубационна камера притежава нагряващ капак със самостоятелен от камерата температурен контрол
4	Температурен контрол в диапазон от 25^{O}C до +40 ^{O}C	Температурен контрол в диапазон от 25^{O}C до +40 ^{O}C
5	Точност на температурния контрол на камерата и капака: ≤± 0.25 ^{O}C	Точност на температурния контрол на камерата и капака: ± 0.20 ^{O}C
6	Хомогенност на температурата в камерата и капака: ≤± 0.25 ^{O}C	Хомогенност на температурата в камерата и капака: ± 0.20 ^{O}C
7	Възстановяване на зададената температура след отваряне на капака за ≤2 минути	Възстановяване на зададената температура след отваряне на капака за ≤ 1 минута
8	Всяка инкубационна камера да бъде оборудвана със сменяваща се подложка за оптимален контакт с използвания консуматив, позволяваща изваждане за почистване	Всяка инкубационна камера е оборудвана със сменяваща се подложка за оптимален контакт с използвания консуматив, позволяваща изваждане за почистване
9	Възможност за поддържане и регулиране концентрацията на CO2 и O2 в инкубатора	Възможно е да се поддържане и регулира концентрацията на CO2 и O2 в инкубатора
10	Контрол на концентрацията на CO2 в диапазона от 2 до 10%	Контрол на концентрацията на CO2 в диапазона от 1.9 до 10%
11	Контрол на концентрацията на O2 в диапазона от 5 до 20%	Контрол на концентрацията на O2 в диапазона от 5 до 20%
12	Захранване на системата със 100% N2 и 100% CO2 газове	Захранване на системата със 100% N2 и 100% CO2 газове
13	Възможност за работа с готови газови смеси	Възможна е работа с готови газови смеси
14	Филтрация чрез HEPA / VOC филтър и УВ стерилизация на циркулиращата в системата газова смес	Филтрация чрез HEPA / VOC филтър и УВ стерилизация на циркулиращата в системата газова смес
15	Възстановяване на зададената концентрация на газовете след отваряне на камера за ≤3 минути	Възстановяване на зададената концентрация на газовете след отваряне на камера за ≤ 3

		минути
16	Алармено известяване при отклонение от зададените температура, концентрация на газовете и налягане	Алармено известяване при отклонение от зададените температура, концентрация на газовете и налягане
17	Окомплектован със специализиран софтуер за инсталиране на външен компютър, за наблюдение на параметрите в реално време, включително температура, концентрация, дебит и налягане на постъпващите газове.	Окомплектован със специализиран софтуер "Data Logger" за инсталиране на външен компютър, за наблюдение на параметрите в реално време, включително температура, концентрация, дебит и налягане на постъпващите газове.
18	Софтуерът да позволява регистрация на данните и алармените събития с възможност за графично представяне на данните	Софтуерът позволява регистрация на данните и алармените събития с възможност за графично представяне на данните
19	Интегриран, независим от електронните вериги на уреда температурен сензор PT1000 във всяка отделна инкубационна камера с извод за присъединяване към външна независима система за измерване на температура	Интегриран, независим от електронните вериги на уреда температурен сензор PT1000 във всяка отделна инкубационна камера с извод за присъединяване към външна независима система за измерване на температура
20	Портове за директно тестване на газовата смес във всяка отделна инкубационна камера с възможност за присъединяване към външно независимо тестово устройство за проверка на концентрацията на газовете във всяка отделна инкубационна камера	Портове за директно тестване на газовата смес във всяка отделна инкубационна камера с възможност за присъединяване към външно независимо тестово устройство за проверка на концентрацията на газовете във всяка отделна инкубационна камера
21	Дисплей за визуализация на параметрите и панел за управление	Дисплей за визуализация на параметрите и панел за управление
22	Капаците на инкубационните камери да позволяват надписване	Инкубационните камери позволяват надписване върху капака им
23	Изход за връзка към външна система за сигнализиране при алармени събития	Изход за връзка към външна система за сигнализиране при алармени събития
24	Възможност за допълнително окомплектоване и свързване към уреда на стандартен pH електрод за измерване на pH в една инкубационна камера, чрез свързването и към вграден в уреда pH метър	Възможно е да се направи допълнително окомплектоване и свързване към уреда на стандартен pH електрод за измерване на pH в една инкубационна камера, чрез свързването и към вграден в уреда pH метър
25	Възможност за индивидуално калибриране на всички температурни сензори в инкубационните камери и нагряващите капаци	Възможно е да се направи индивидуално калибриране на всички температурни сензори в инкубационните камери и нагряващите капаци
26	Максимално допустими размери (ШхДхВ): 720 x 600 x 200 mm	Размери (ШхДхВ): 700 x 580 x 160 mm
27	Уредът да бъде окомплектован с всички необходими филтри за въвеждане на системата в експлоатация и захранващ кабел	Уредът е окомплектован с всички необходими филтри за въвеждане на системата в експлоатация и захранващ кабел

3. Участникът заявява, че ще извърши доставката, монтажа и инсталирането на апарата и обучението на персонала за работа с него, като дейностите ще са съгласувани по време и място с Възложителя.

4. Участникът ще извърши доставката на апарата в срок до три календарни дни от датата на сключване на договора за изпълнението на поръчката.

5. Участникът ще осигури обучението на персонала, който ще работи с апарата. Обучението включва първоначален инструктаж в рамките на минимум един час, а при нужда на Възложителя, участникът ще предоставя последващи консултации в рамките на един месец след проведения първоначален инструктаж. Първоначалния инструктаж ще се проведе в срок до максимум два работни дни от датата на

доставяне на апарата и пускането му в експлоатация.

6. Участникът ще извършва сервизното обслужване на апарата на място или в оторизирани сервизи. Срока за реакция и посещение от сервизния екип/специалист ще да бъде не по-късно от 15,00ч на работния ден, следващ деня на подаване на сигнала от Възложителя.

7. Участникът заявява съгласие, заплащането на месечната наемна цена за апарата да се извършва отложено в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на представяне на фактура за съответния месец на ползване на медицинската апаратура.

8. Участникът декларира, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд.

Констатации на Комисията:

Представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката, отговаря на изискванията на възложителя посочени в документацията за участие. Оферираният апарат напълно покрива минималните технически характеристики на апарата изискан от Възложителя. С оглед на гореизложеното участникът се допуска до по-нататъшно участие в порцедурата.

IV. Комисията премина към оценка на показателите „Качество на апарата“ и „Срок за доставка на апарата“ в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие. Резултатите от оценката и мотивите за присъждането им са посочени както следва:

Наименование на участника	Оценка по показателя „Качество на апарата“ /О2/				Оценка по показателя „Срок за доставка на апарата“ /О3/
	Безотказност /А/	Ремонто-способност /Б/	*Технически х-ки създаващи преимущества /В/	Обща оценка	
„БИОСИСТЕМИ“ ООД	20	10	30	27	30

*Технически характеристики създаващи преимущества – при разглеждане на характеристиките на предлагания от участника апарат, Комисията установи наличието на 5 /пет/ характеристики създаващи преимущество на апарата, а именно:

1. Апарата има стабилна конструкция и възможност за надграждане;

2. Формата и функционалността на елементите на апарата дават възможност за лесна хигиенизация и поддръжка на апарата;

3. Осигурява удобство при употреба. Опростеният панел с 4 бутона за контрол позволява лесна и интуитивна работа с уреда.

4. Нагряващия се капак на всяка камера дава допълнително предимство на апарата – не се получава кондензация и се поддържа равномерна температуратата на поставените в камерата културални петрита.

5.Наличие на голям LED дисплей, който лесно се вижда от разстояние.

V. Комисията реши да проведе открито заседание за оповестяване оценката по показателите „Качество на апарата“ и „Срок за доставка на апарата“ и за отваряне и оповестяване на ценовото предложение на допуснатия участник, съгласно изискванията на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 31.03.2020г от 11,00 часа в сградата на

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, четвърти етаж, Рапортна зала.

С оглед на гореизложеното, Комисията възложи на своя председател, да уведоми участника за датата, мястото и часът на провеждане на открито заседание за оповестяване на оценката по показателите „Качество на апарата“ и „Срок за доставка на апарата“ и отваряне на плика с ценовото предложение на допуснатия участник. Председателят изпрати покана с изх.№05-109/26.03.2020г до единственият участник в процедурата и публикува съобщението в „профила на купувача“.

VI. На 31.03.2020г. в 11,00 часа в Рапортна зала, четвърти етаж, Комисията се събра и продължи своята работа по процедурата. Зам.председателя на Комисията откри публичното заседание, на което не се яви представител на участника в процедурата или други лица по чл.54, ал.1 от ППЗОП.

Комисията оповести присъдените на **БИОСИСТЕМИ ООД** оценки по показателите „Качество на апарата“ и „Срок за доставка на апарата“, след което пристъпи към отваряне на ценовото предложение на участника. Комисията оповести ценовото предложение на участника, а именно:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА **БИОСИСТЕМИ ООД**

Участникът предлага да извърши предмета на поръчката посочен в документацията за участие, съгласно представеното от него техническо предложение при следните ценови условия:

№	Вид медицинска апаратура	Количество	Период на отдаване под наем /в брой месеци/	Месечна наемна цена лева без ДДС */посочва се до втория знак след десетичната запетая/*	Обща стойност в лева без ДДС */посочва се до втория знак след десетичната запетая/*
			А	Б	В = А * Б
1	Настолен инкубатор с контрол на CO2 и O2	1 брой	24	750,00	18 000,00

Участникът заявява, че в месечната наемна цена на апарата са включени и всички дейности по доставка, монтаж и инсталиране на апарата, обучение на персонала за работа с него и сервизно обслужване, съгласно изискванията на документацията за участие.

Констатации на Комисията: представеното от участника ценово предложение отговаря на изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие и участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

VII. Комисията продължи своята работа по провеждане на процедурата, като премина към разглеждане на ценовата оферта на допуснатия участник, по отношение наличието на основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП. Направените заключения са както следва:

За участника **БИОСИСТЕМИ ООД** не е налице основание за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП, тъй като представената от участника оферта е единствената в

процедурата и няма база за определяне на средна цена, с която да бъде сравнена ценовата оферта.

VIII. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП, Комисията продължи своята работа по процедурата, с определяне оценката по показателя „Предложена месечна наемна цена“ /О1/, определяне на комплексната оценка на оферта и класиране на участника. Резултатите са посочени в таблицата, както следва:

Наименование на участника	Оценка по показателя „Предложена месечна наемна цена“ /О1/	Комплексна оценка на офертата	КЛАСИРАНЕ
БИОСИСТЕМИ ООД	40	97	Първо място

IX. Комисията предлага на Възложителя да издаде решение за класиране, като определи за изпълнител на поръчката, посочения на първо място участник в предходния раздел на протокола.

X. В хода на провеждане на процедурата, Комисията състави следните протоколи за работата си, а именно:

- ПРОТОКОЛ на Комисията по чл.54 и чл.56 от ППЗОП от 26.03.2020г.;
- ПРОТОКОЛ на Комисията по чл.57 и чл.58 от ППЗОП от 01.04.2020г.;
- Настоящия ПРОТОКОЛ на Комисията по чл.181, ал.4 от ЗОП и чл.60а от ППЗОП от 01.04.2020г.

Комисията приключи своята работа и възложи на своя председател да предаде на Възложителя съставените протоколи, заедно с цялата документация по обществената поръчка.

Този протокол се състави и подписа от членовете на комисията, както следва:

Зам.председател:
М.Панчева

Членове:
М.Михайл

И.Иванов

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСН.ЧЛ.36а АЛ.3 ОТ ЗОП